АРМЕД®
NON PROGREDI, EST REGREDI

Кресло-коляска для инвалидов: Н 009

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим паспортом!

Кресло-коляска для инвалидов: Н 009 (далее по паспорту - кресло-коляска) предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пациента или повреждения оборудования, не пренебрегайте рекомендациями данного Паспорта и общими требованиями безопасности.

ПОКАЗАНИЯ

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:

- паралич;
- ампутации конечностей;
- повреждения или деформация конечностей;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Использование кресла-коляски противопоказано при:

- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности обеих рук;
- психических расстройствах;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски;
- Перед использованием необходима тренировка при сопровождающем лице на ровной площадке с хорошим обзором.
- Ознакомьтесь с режимами разгона, поворота и торможения;
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается опасность опрокидывания;
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы;
- При посадке и высадке с кресла-коляски колеса необходимо поставить на тормоза;
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног;
- При наклоне кресла-коляски на угол более 10 градусов имеется опасность опрокидывания;

- При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед;

- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами;

- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ПОСАДКА И ВЫСАДКА ПАЦИЕНТА

- Посадка и высадка спереди:

1. Расположите кресло-коляску, с которого будет проводиться пересадка, под углом 45 градусов по отношению к сиденью, на котором сидит пациент.

2. Поставьте кресло на стояночный тормоз.

3. Поставьте ноги на пол.

4. Сложите обе опоры для стоп вверх.

5. Правой рукой обопритесь на правый подлокотник, стоящей перед Вами коляски. Левой рукой обопритесь на сиденье сзади себя. Переместите туловище, повернув его на 180˚ и сядьте на сиденье коляски максимально глубоко.

6. Опустите подножки вниз.

7. Поставьте ноги на подножки.

8. Пристегните ремень безопасности.

2. СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента.

Для складывания кресла-коляски следует встать сбоку от кресла и, придерживая одной рукой за подлокотник с Вашей стороны, другой рукой потянуть на себя противоположную сторону рамы. Так же легко можно сложить кресло-коляску, просто потянув сиденье вверх. (Рис.1)

Раскладывание производится в обратной последовательности. При этом нажимают на боковые элементы конструкции, в месте прикрепления сиденья к раме. (Рис.2)



Рис. 1



Рис. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габариты в рабочем состоянии (Д×Ш×В, мм	1210 × 630 × 1190
Ширина сидения, мм	470
Глубина сидения, мм	400
Высота спинки, мм	455
Диаметр колес (передние/задние), мм	200/610
Масса, кг	13,4 ± 0,7
Грузоподъемность, кг	120±1

1. ОПОРЫ ДЛЯ НОГ

Кресло-коляска комплектуется съемными и поворотными подножками с упором для голени. Ножные опоры регулируются по высоте.

Для установки подножек на кресло-коляску необходимо надеть опору на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия опор необходимо нажать рычажок фиксатора по направлению к центру, повернуть подножку в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.

Регулировка длины ножных опор производится с применением гаечного ключа, который входит в комплект поставки.

Для уменьшения высоты ножных опор (угла подъема) необходимо нажать рычаг фиксатора, расположенный по бокам от подножек, вниз.

Для увеличения высоты ножных опор (угла подъема) необходимо нажать рычаг фиксатора, расположенный по бокам от подножек, вверх, поднимая при этом саму подножку.

2. ТОРМОЗА

Кресло-коляска оснащено слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования.

3. КОЛЕСА

Кресло-коляска комплектуется колесами, имеющими пневматические задние шины и литые резиновые передние.

4. ПОДЛОКОТНИКИ

Подлокотники прямые не съемные.

5. ПОДГОЛОВНИК

Съемный подголовник снимается и вставляется движением вверх или вниз, вынимая или вставляя соответствующие трубки рамы и подголовника.

6. СПИНКА СИДЕНЬЯ

Кресло-коляска комплектуется регулируемой спинкой с углом наклона до 120°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Обивку сиденья и спинки из ткани с водоотталкивающей пропиткой и подлокотники из искусственной кожи необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. При необходимости дезинфекции допустимо протирание поверхностей 1 % раствором монохлорамина.

Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом.

Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кресло-коляска _____ 1 шт.

2. Паспорт _____ 1 шт.

3. Шестигранные гаечные ключи для регулировки длины подножек и подтягивания крепежных элементов сиденья _____ 2 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции аппарата, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Кресло-коляска для инвалидов: Н 009 соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11294 от 28.12.2011 г. Срок действия: не ограничен.

Изготовитель: Jiangsu Yuyue Medical Eqipment and Supply Co., Ltd.,

Danyang, 212310, Jiangsu, China

«Джиангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.», Даньянг, 212310, Джангсу, Китай

Дистрибьютор: ООО «Представительство ЮЮ Медикал»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Тел. в г. Москве: (495) 989-12-88

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 286-42-73

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок на кресло-коляску для инвалидов: Н 009 – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (обивка, шины, камера) гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Представительство ЮЮ Медикал»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 543-27-85

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61