


Характеристики модификации PST (статический)

| модификация | Параподиум PST (статический) | | | | |
|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 |
| грудной упор (регулировка по высоте, ширине, глубине и горизонтальной оси) | да | да | да | да | да |
| подмышечные опоры (регулировка по высоте и ширине) | да | да | да | да | да |
| коленные упоры с фиксаторами (регулировка по высоте, ширине, глубине, горизонтальной и вертикальной оси) | да | да | да | да | да |
| фиксаторы стоп (регулировка по ширине) | нет | нет | да | да | да |
| Набор полозьев с платформами для стоп | да | да | да | да | да |
| пояс промежности | нет | нет | нет | нет | нет |
| колёса основания | да | да | да | да | да |
| функция самостоятельного передвижения | нет | нет | нет | нет | нет |
| фиксатор кистей* | да | да | да | да | да |
| фиксатор спины* | да | да | да | да | да |
| столлик * | да | да | да | да | да |
| ширина бёдер - параметр S (см.) | 21-27 | 25-36 | 29-43 | 37-61,5 | 37-61,5 |
| глубина бёдер - параметр G (см.) | 16,5-21 | 20-26 | 23-34 | 26-38 | 29-41 |
| высота до оси тазобедренного сустава - параметр К (см.) | 39,5-50 | 50-60 | 65-79 | 86-106 | 96-116 |
| высота до оси коленного сустава - параметр D** (см.) | 9-28 | 12-36 | 12-51 | 12-71 | 12-79 |
| рост пациента - параметр E** (см.) | 85-105 | 105-125 | 125-155 | 155-185 | 185-205 |
| максимальный вес пациента (кг.) | 20 | 35 | 70 | 90 | 110 |
| ширина устройства (см.) | 50-56 | 55-68 | 61-72 | 67-91 | 67-91 |
| длина устройства (см.) | 77-97 | 77-97 | 91-115 | 91-115 | 91-115 |
| масса устройства нетто (кг.) | 16 | 19 | 27 | 29,5 | 30 |
| масса устройства брутто (кг.) | 20 | 23 | 33 | 35,5 | 36 |
| размер 1-ой коробки упаковки (см.) | 48x46x45 | 48x46x45 | 63x57x49 | 63x57x49 | 63x57x49 |
| масса брутто 1-ой коробки упаковки (кг.) | 13,5 | 14 | 22 | 24 | 24,5 |
| размер 2-ой коробки упаковки (см.) | 68x25x24 | 68x25x24 | 99x33x29 | 99x33x29 | 99x33x29 |
| масса брутто 2-ой коробки упаковки (кг.) | 6,5 | 9 | 11 | 11,5 | 11,5 |
| кол-во коробок, в которое упаковано устройство (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| общий объём устройства в упаковке (куб.м.) | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Паспорт-инструкция по сборке | да | да | да | да | да |



S - ширина бёдер пациента
 G - глубина бёдер пациента
 K - высота до оси тазобедренного сустава пациента**
 D - высота до оси коленного сустава пациента**
 E - рост пациента**
 *) в обуви, в которой пациент будет использовать параподиум..

* - дополнительная комплектация (не входит в стоимость стандартной комплектации)

** - в обуви, в которой пациент будет использовать параподиум