



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 августа 2011 года № ФСЗ 2011/10300

На медицинское изделие

Прибор для измерения артериального давления: BP AG1-10, BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP AG1-90, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Микролайф АГ", Швейцария,
Microlife AG, Espenstrasse 139, CH9443, Widnau, Switzerland**

Производитель

**"Микролайф АГ", Швейцария,
Microlife AG, Espenstrasse 139, CH9443, Widnau, Switzerland**

Место производства медицинского изделия

**Onbo Electronic (Shenzhen) Co, Ltd., Ta Laneg Industrial Zone, Long Hwa Chen,
Boa An Shing Shenzhen, China**

Номер регистрационного досье № 25680 от 05.07.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4130

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 04 августа 2011 года № 4834-Пр/11
и приказом от 21 июля 2016 года № 7168 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0015082

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 августа 2011 года № ФСЗ 2011/10300

Лист 1

На медицинское изделие

Прибор для измерения артериального давления: ВР АG1-10, ВР АG1-20, ВР АG1-30, ВР АG1-40, ВР АG1-90, с принадлежностями:

В составе:

1. Манометр медицинский.
2. Нагнетатель.
3. Стетоскоп
4. Сумка-чехол.
5. Руководство по эксплуатации.

Принадлежности:

1. Манжета стандартная (размер М).
2. Манжета большая. (размер L).
3. Манжета детская (размер S).
4. 1-выводная пневмокамера.
5. 2-выводная пневмокамера.
6. Впускной клапан к нагнетателю.
7. Клапан выпуска воздуха.
8. Трубка бинауральная стетоскопа.
9. Y-образная трубка стетоскопа.
10. Головка стетоскопа.
11. Жесткий футляр.
12. Коробка.

Z

Приказом от 21 июля 2016 года № 7168 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0019057