



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**CN.C.39.004.A № 46043**

**Срок действия до 10 апреля 2017 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Приборы для измерения артериального давления Microlife  
модели BP AG1-10, BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP AG1-90**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Фирма "Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd.", КНР**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **49451-12**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

**P 50.2.032-2004**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от **10 апреля 2012 г. № 217**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



*[Handwritten signature]*  
Е.Р.Петросян

*[Handwritten signature]* "10" апреля 2012 г.

Серия СИ

№ 004182